

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 r.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI

Nr sprawy: SZP.2612.1.18.2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę nici chirurgicznych do Przychodni Lekarskiej WAT w Warszawie (Nr post. ZO 18/2021)

Nawiązując do pytań Wykonawców dotyczących przedmiotowego postępowania wyjaśniam, jak niżej.

Pytanie: Dot. Załącznika nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nici syntetyczne, wchłaniające, plecione, powlekane, wykonane z kopolimeru kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszaniną kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianem wapnia, o czasie wchłaniania 60-70 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie: Dot. Załącznika nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści nici pakowane po 12 saszetek w opakowania zbiorcze z odpowiednim przeliczeniem kolumny „szacunkowa ilość do zamówienia na 2 lata”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść udzielonych odpowiedzi stanowi uzupełnienie postanowień zawartych w Zapytaniu ofertowym ZO 18/2021 oraz stają się integralną częścią ww. Zapytania.

DYREKTOR

/-/Tomasz ŁAPTOSZ